

Anticimex AS avd. Bergen

Conrad Mohrsvei 4B

5072 BERGEN

Attn: **Monica Botnen****AR-11-MN-013244-01****EUNOOS2-00051349**

Prøvemottak: 26.10.2011

Temperatur:

Analyseperiode: 26.10.2011-31.10.2011

Referanse: Ozontest

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.: <b>437-2011-1026-179</b>	Prøvetakingsdato: 25.10.2011
Prøvetype: Alginat ozon	Prøvetaker: Oppdragsgiver
Prøvemerkning: 1	Analysestartdato: 26.10.2011
	Uttakssted: Ozontest
Analyse	Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Aerobe mikroorganismer 30°C	150 cfu/g 3M 01/01-09/89

Prøvenr.: <b>437-2011-1026-180</b>	Prøvetakingsdato: 25.10.2011
Prøvetype: Alginat ikke ozon	Prøvetaker: Oppdragsgiver
Prøvemerkning: 2	Analysestartdato: 26.10.2011
	Uttakssted: Ozontest
Analyse	Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Aerobe mikroorganismer 30°C	630 cfu/g 3M 01/01-09/89

Prøvenr.: <b>437-2011-1026-181</b>	Prøvetakingsdato: 25.10.2011
Prøvetype: Silikon ozon	Prøvetaker: Oppdragsgiver
Prøvemerkning: 3	Analysestartdato: 26.10.2011
	Uttakssted: Ozontest
Analyse	Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Aerobe mikroorganismer 30°C	<10 cfu/g 3M 01/01-09/89

Prøvenr.: <b>437-2011-1026-182</b>	Prøvetakingsdato: 25.10.2011
Prøvetype: Silikon ikke ozon	Prøvetaker: Oppdragsgiver
Prøvemerkning: 4	Analysestartdato: 26.10.2011
	Uttakssted: Ozontest
Analyse	Resultat: Enhet: MU Metode: LOQ:
Aerobe mikroorganismer 30°C	230 cfu/g 3M 01/01-09/89

**Kopi til:**

Felles mail (Bergen@anticimex.no)

**Tegnforklaring:**

\* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

&lt; :Mindre enn, &gt; :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).



Moss 31.10.2011

*Malin Huseby*

-----  
Malin Henriette Huseby

Ingeniør

---

Tegnforklaring:

\* (Ikke omfattet av akkrediteringen)

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).